

EXPEC786H 维护保养时间表

检查事项	检查内容	标准	更换周期	不及时更换的影响
一键清洗	气体冲洗管路	每天在关闭设备之前一键清洗 3-5 次	每天	酸液凝结在管路内部，腐蚀管路
不锈钢消解腔	清理消解腔，金属探针、温度传感器	没有酸、水、其他异物	每次运行前后均需要清理	损坏设备
不锈钢消解腔	硅油擦拭表面	表面涂少许硅油	每日	/
内衬桶	清理内衬筒底部、金属探针凹槽、温度传感器凹槽	没有酸、水、其他异物，无破损	每次运行前均需要清理	损坏设备
内衬桶清洁	在烘箱中清洗 (140°C, 4 小时)	表面无黄色	每个月	/
不锈钢夹爪、不锈钢盖子、聚四氟乙烯密封盖	擦干表面	表面无水、酸	每次运行	夹爪打开卡顿
不锈钢夹爪、不锈钢盖子	硅油擦拭	表面涂少许硅油	每日	夹爪打开卡顿
进气接头	进气接头放小密封圈凹槽	没有酸	每次运行	加速进气接头老化
大、小密封圈	擦干	表面无酸、无破损	每次运行	无法保压，不能开始消解程序
锁子	硅油润滑	从锁子孔内滴 3-5 滴硅油到锁子上	每个月	锁子卡住、报错
空气压缩机	空压机排水	卸掉空压机压力，打开排水阀，无水	每周	影响仪器器件
水机挡灰网板	检查积灰情况	清灰	每季度	水机制冷效果变差
水机换水	检查水质	换水，清洗水箱	每季度	水箱生藻，堵塞管路

客服热线：400-700-2658